2009 年 4 月 1 日改訂（第二版）　　医療機器製造販売届番号

2006 年 4 月 1 日作成（新様式第 1 版）　器 55 医療用洗浄器　13B3X00355000002

手動式生体用洗浄器（一般医療機器）34630000

ハナクリーンα

取扱説明書を必ず参照して下さい

使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい

警告

- 洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるので鼻が充分にかめない方は使用できません。
- 洗浄液が気管に入ったり耳への圧力を軽減させたりする為、必ず「エー」と発声しながらポンプを押して下さい。
- 鼻の炎症（鼻づまり等）のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用して下さい。
- お子様が使用される際は
  保護者の指導の下で使用して下さい。
  鼻を充分にかめないお子様は使用しないで下さい。
  風邪をひいている時、鼻詰まりの酷い時は使用しないで下さい。
  鼻や耳に疾患のある場合は医師に相談の上使用して下さい。

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

本体

・本体寸法：W88×D75×H190

・本体重量：480g

ポンプ



①ノズル
【3 本シャワー固定式】
②ピストン
③ホース
④パッキン
⑤フタ止め
⑥チューブ
⑦L 型ジョイント（弁付）
⑧パイプ先端（弁付）
⑨パイプ
⑩O リング
⑪ボトル（300ml）
⑫液晶温度計

ボトル



材質

ポンプ本体・ノズル：ABS 樹脂
ボトル：AS 樹脂
ホース・チューブ：シリコンゴム
液晶温度計：PET

＜作動原理＞

洗浄液を作りボトルとポンプをセットする。
ポンプを押す事によりノズル先端から洗浄液が噴出される。
ポンプを押す力により水圧の調節が可能。

＜付属品＞

サーレ MP（３０包入）



洗浄液の濃度を調節する
1 回分に 1 包入れて使用
成分：塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

【使用目的】

鼻腔内の洗浄

【操作方法又は使用方法等】

◎準備

初めてお使いになる時は一度水を通し、全体を軽く水洗いしてから使用して下さい。

①フタ止めを外し、ポンプ本体をボトルから取り外します。

②ボトルに 300ml の温水（40～42℃）を用意します。

A.給湯器で温度設定ができる方

ボトルの 300ml ラインまで 40～42℃のお湯を入れます。

B.給湯器で温度設定ができない方

ボトルの冷水ライン「C」まで水を入れ、熱湯ライン「H」まで熱湯（ポットのお湯）を注ぎ足します。

③温度計で適温（40～42℃）であることを確認します。

洗浄液が熱いと感じる場合は、38～40℃位で使用して下さい。

④付属のサーレ MP を 1 包入れてよく溶かします。

⑤ポンプ本体をボトルにセットし、フタ止めをしっかり固定します。

◎洗浄方法

洗面所や浴室などで行うか、受け皿を用意して下さい。

ポンプを数回押して洗浄液を充填して下さい。

⑥ノズルを軽く鼻にあて、前かがみになり「エー」と発声しながらポンプを 3～5 回押し、洗浄液がなくなるまで左右交互に鼻腔内を洗浄します。

※鼻の状態により洗浄液が反対の鼻や口からでてくることもあります。

※洗浄液は 300ml を使い切るのが効果的ですが、もし残ってしまった時は必ず捨てて下さい。

⑦洗浄後は、鼻を軽くかんで下さい。

洗浄後しばらくして鼻の奥に残った洗浄液が出てくることがありますが問題はございません。気になる方は頭を軽く振って洗浄液を出して下さい。（出方には個人差があります）

⑨使用後はお手入れをして下さい。

【使用上の注意】

・ノズルで鼻を完全に密閉しないで下さい。

[耳への圧力を軽減するため]

・熱湯を入れる際、やけどに気を付けて下さい。

・ボトルには必ず水を先に入れて下さい。

・洗浄液は 1 度で使いきり、残った場合は捨てて下さい。

・使用後は器具をよく洗い乾燥させて下さい。

・鼻洗浄以外には使用しないで下さい。

・洗浄液の温度は 40～42℃の範囲で使用して下さい。

・温度計は 38～44℃以外では表示されません。

・水量メモリは目安です。水温に合わせて適宜調節して下さい。

・洗浄する際は必ず付属のサーレ MP を使用して下さい。

〔洗浄液の濃度を調節し、鼻粘膜への刺激を減らす為〕

・原則として本人以外は使用しないで下さい。

本人以外が使用する場合はノズル部分を充分に洗浄、又は消毒を行ってから使用して下さい。〔感染症を予防する為〕

・洗浄に慣れるまではポンプを強く押さないで下さい。

・使用中に何らかの異常があった場合には直ちに使用を中止して医師に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

・よく乾燥した後、直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。

※水分が残っているとカビなどの原因になります。

・使用を再開する時は一度水を通し、全体を軽く水洗いしてから使用して下さい。

【使用期限】

・標準的な使用期間の目安

ハナクリーンα本体　：3～5 年　〔自己認証による〕

サーレ MP　：5 年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】

◎使用後のお手入れ（毎回）

①ボトルに水を入れ、ポンプを押して中に残った洗浄液を洗い出し、ホース内の水分が取り除けるまで空押しします。

②ノズル部分をよく洗い、全体も軽く洗ってから自然乾燥して下さい。

※汚れが気になる時は中性洗剤で洗い、よく水ですすいで下さい。

※ノズル・ホースの中の汚れは洗うことが難しいため、定期的な交換をオススメします。

※煮沸はできません。

※本体を消毒する際には殺菌消毒剤「次亜塩素酸ナトリウム」などを使用して下さい。

◎パイプ内部のお手入れ（月に１度位）

ポンプ動作が安定し、衛生的にお使いいただけます。

①チューブ（A）を上に外します。

②パイプ（B）を左に止まるまで回し、
下に引き抜きます。
※パイプを強く回しすぎると破損する
おそれがあります。

③パイプ内部とゴムパッキン（C）を柔らかい布などで拭いて下さい。

④白色ワセリン（別売有）をゴムパッキンに塗って下さい。

⑤パイプを元の位置に差し込み右に止まるまで回し、チューブをしっかり取り付けて下さい。



【包装】

・1 台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の氏名又は名称

株式会社　東京鼻科学研究所

住所

東京都目黒区鷹番 2-10-7

電話番号

03-3792-2460

【部品・修理・その他のお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7

TEL 03-3792-5080　FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土 日 祝日を除く）